



ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เรื่อง มาตรฐานรถเอกซเรย์เคลื่อนที่
พ.ศ. ๒๕๖๘

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ ให้มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ วรรคสอง (๑๑) (ก) แห่งกฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๕ (๓) (ก) แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๕ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสถานพยาบาลจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถเอกซเรย์ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถเอกซเรย์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๔ ในประกาศนี้

“รถเอกซเรย์เคลื่อนที่” หมายความว่า ยานพาหนะสำหรับให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือทางรังสีวิทยา

ข้อ ๕ มาตรฐานการให้บริการ ดังนี้

(๑) มาตรฐานโครงสร้าง

(ก) มีลักษณะเป็นรถบัส หรือรถมินิบัส ประเภทรถบรรทุกหรือรถโดยสารที่มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นรถพ่วง รถกระบะดัดแปลง โดยต้องมีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกเป็นประเภทรถบรรทุกเฉพาะกิจ (เอกซเรย์เคลื่อนที่)

(ข) ผนังโดยรอบห้องที่ให้บริการเอกซเรย์ต้องระบุด้วยตะกั่วป้องกันรังสีหรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าในการป้องกันรังสีได้ตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

(ค) มีการแสดงป้ายชื่อสถานพยาบาลและสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเป็นรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เบอร์โทรศัพท์ของสถานพยาบาล จังหวัดที่สถานพยาบาลรับการอนุญาตประกอบกิจการ

(๒) มาตรฐานการจัดพื้นที่ใช้สอย

(ก) พื้นที่ให้บริการภายในรถเอกซเรย์ ต้องมีความเหมาะสมต่อการซักประวัติ จัดทำเวชระเบียนผู้รับบริการ การให้บริการและการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการ

(ข) มีพื้นที่สำหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เป็นสัดส่วนภายในรถเอกซเรย์

(๓) มาตรฐานอุปกรณ์

(ก) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(ข) มีระบบระบายอากาศ และมีระบบฟอกอากาศ หรือบำบัดคุณภาพอากาศภายในห้องให้บริการ

(ค) มีระบบไฟฟ้าสำรองที่มีกำลังเพียงพอสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง และมีไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

ตามจุดที่จำเป็น

(๔) มาตรฐานเครื่องมือ เครื่องใช้ในการให้บริการ

(ก) เครื่องเอกซเรย์และห้องเอกซเรย์ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน และมีใบรับแจ้งจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

(ข) เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ของเครื่องเอกซเรย์

(ค) อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีประจำตัวบุคคล และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากรังสี

(ง) ระบบไฟสัญญาณเตือนขณะเครื่องเอกซเรย์ทำงาน

(จ) ป้ายสัญลักษณ์ทางรังสีติดอยู่ที่ทางเข้าห้องเอกซเรย์ให้เห็นได้ชัดเจน

(ฉ) ป้ายแสดงลักษณะค่าเตือน เช่น สตรีมีครรภ์หรือสงสัยตั้งครรภ์โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบที่ทางเข้าหรือที่เห็นได้ชัดเจน

(๕) มาตรฐานยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ในการตรวจวัดสัญญาณชีพและการช่วยชีวิตฉุกเฉิน จัดให้มีตามความเหมาะสม ดังนี้


(ก) ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์อื่นสำหรับการรักษาพยาบาล และช่วยชีวิตฉุกเฉิน อย่างน้อยต้องมี ยาฉีดอะดรีนาลีน ยาฉีดสเตียรอยด์ ยาแก้แพ้ กลูโคส ยามอมหรือฟันใต้ลิ้นเพื่อขยายหลอดเลือด ยาพ่นขยายหลอดลม น้ำเกลือ (NSS) และชุดอุปกรณ์ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ

(ข) อุปกรณ์ในการตรวจวัดสัญญาณชีพ อย่างน้อยต้องมีเครื่องวัดความดันเลือด เครื่องวัดอุณหภูมิกาย และเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

(ค) อุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินอย่างน้อยต้องมีถุงบีบลมพร้อมหน้ากากครอบช่วยการหายใจ ออกซิเจน และเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)

ข้อ ๖ ให้รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นยานพาหนะสำหรับให้บริการนอกสถานพยาบาลอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ตามประกาศนี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ เว้นแต่กรณีเป็นมาตรฐานโครงสร้างให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานโครงสร้างตามประกาศนี้ภายในสามปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายภาณุวัฒน์ ปานเกต)

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ