

# เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ และวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

## Vital signs monitor Model : M20



### คำเตือน

- อ่านคำเตือนในฉลาก และเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

### ข้อควรระวัง

- เครื่องมือนี้ใช้สำหรับติดตามผู้ป่วย ดังนั้นแพทย์และพยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมเท่านั้นจึงจะสามารถใช้เครื่องมือนี้ได้
- ก่อนใช้งานผู้ใช้งานควรตรวจสอบว่าเครื่องมือนี้และอุปกรณ์เสริมสามารถทำงานได้ตามปกติและปลอดภัยหรือไม่
- ห้ามใช้เครื่องมือนี้ในสถานที่ที่มีสิ่งของไวไฟ เพื่อป้องกันการระเบิดหรือไฟไหม้
- อุปกรณ์นี้ไม่ใช่เครื่องมือรักษา

ใบรับแจ้งรายการละเมิดที่ 65-2-2-2-0006064